

Mouse HbA1c ELISA Kit

检测原理:

攸碧艾的 ELISA 试剂盒采用“夹心法”:将捕获抗体包被于酶标板上, 捕获样品及标准品中的靶蛋白, 生物素化的检测抗体与靶蛋白结合, SABC 复合物与生物素化检测抗体结合, 形成免疫复合物, 加入 TMB 显色液后, 若反应孔中有靶蛋白则显蓝色, 加入终止液变黄色, 检测过程中游离的成分均被洗去, 用酶标仪在 450 nm 处测 OD 值, 靶蛋白浓度与 OD 值之间呈正比, 通过绘制标准曲线计算出标本中靶蛋白的浓度。


试剂盒组分: (保存温度 4°C)

名称	规格 (48 T)	规格 (96 T)
预包被酶标板	8×6 条	8×12 条
标准品	1 支	1 支
标准品/样品稀释液	10ml	15ml
生物素化检测抗体 (100×)	1 支	1 支
生物素化检测抗体稀释液	6ml	12ml
SABC 复合物	6ml	12ml
TMB 显色液 (A/B)	各 3ml	各 6ml
终止液	6ml	12ml
20×浓缩洗涤液	30ml	60ml
封板胶纸	2 张	4 张
产品说明书	1 份	1 份

本试剂盒适用于血清、血浆、组织匀浆、细胞培养上清及其它生物体液。

标本收集与试剂准备:

- 血清、血浆样本收集应使用一次性的无热原, 无内毒素试管 (EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝均可), 血清、血浆避免使用溶血, 高血脂标本, 标本悬浮物应离心去除, 使标本清澈透明。待测样本应尽早检测, 2-8°C 保存 48 小时; 更长时间须冷冻 (-20°C 或 -80°C) 保存, 避免反复冻融。
- 洗涤液配置: 用蒸馏水 1:20 稀释 (例: 1ml 浓缩洗涤液加入 19ml 的蒸馏水)
- 标准品配制: 取 8 个 1.5ml 离心管, 分别标注 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, blank, 第一管 S1 中加入标准品/样品稀释液 900ul, 第二至第八管中分别加入标准品/样品稀释液 200ul, 在第一管中加入 (2000ng/ml) 标准品溶液 100ul 置于漩涡混合器上混匀后用加样器吸出 200ul, 移至第二管, 如此反复作对倍稀释, 从第七管中吸出 200ul 弃去, 第八管为空白对照。标准曲线浓度为: 200、100、50、25、12.5、6.25、3.125、0 ng/ml (标准品的用量及标准曲线范围也可根据自己需要配置)。



- 生物素化抗体工作液配置: 使用前 20 分钟, 用生物素化抗体稀释液将 100× 生物素化抗体稀释成 1× 工作液, 根据所需用量配置, 当日使用, 剩余弃之。
- TMB 显色液的配置: 使用前 10 分钟, 将 TMB 显色液 A 液和 B 液 1: 1 混合, 避光放置备用。

- 如果您检测的样本中靶蛋白浓度高于标准品最高值，建议重新检测，请根据实际情况，适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。

检测程序：

- 加样：空白孔加入 50 μ l 标准品/样品稀释液，其余孔各加入标准品或待测样品 50 μ l，将反应板混匀后置 37 $^{\circ}$ C，40 分钟。
- 洗板：用 1x 洗涤液将反应板充分洗涤 4-6 次，每孔加入 1x 洗液 350 μ l，每次震荡/浸泡 1-2 分钟，向滤纸上印干。
- 空白孔加入 100 μ l 生物素化抗体稀释液，其余孔各加入 1x 的生物素化抗体工作液 100 μ l，混匀后置 37 $^{\circ}$ C，30 分钟。
- 洗板：同上。
- 每孔加入 SABC 复合物工作液 100 μ l，混匀后置 37 $^{\circ}$ C，20 分钟。
- 洗板：同上。
- 每孔加入提前配置好的 TMB 混合液 100 μ l，混匀后置 37 $^{\circ}$ C 暗处反应 10-20 分钟(具体显色时间根据显色结果而定)。
- 每孔加入 100 μ l 终止液，混匀，30 分钟内用酶标仪在 450nm 处测吸光值。

结果判断与计算：

- 所有 OD 值建议减除空白孔值后再进行计算，如空白孔 OD 低于 0.1，也可以直接计算。
- 以标准品浓度作横坐标，OD 值作纵坐标，手工绘制或用软件绘制标准曲线，根据样品 OD 值计算出相应含量，再乘以稀释倍数即可。

试剂盒性能：

- 灵敏度:可测浓度小于 0.62ng/ml。
- 检测范围: 3.12 \rightarrow 200ng/ml
- 特异性:同时可检测重组或天然的小鼠(HbA1c)，不与小鼠其它细胞因子有交叉反应。
- 重复性:板内，板间变异系数均小于 10%。

注意事项

- 在试验中标准品和样本检测时建议作双孔检测，每次检测都应做标准曲线。
- 洗涤过程很关键，洗涤不充分将导致精确度误差及 OD 值错误地升高，从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，属于正常现象，37 $^{\circ}$ C 水浴使结晶完全溶解后再配制洗涤液。
- 检测时所有试剂都要恢复到室温，板条开封后剩余板条需封好，放回袋中 1 个月内用完。
- 试剂盒使用超敏 TMB 溶液，显色过深时会出现沉淀状，属正常现象，混匀即可，不影响结果判读。
- 说明书以试剂盒内纸质版为准，本试剂盒仅用于科研，不能用于临床诊断！

